



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

SEGUNDO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2018

A Chefe do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, no uso de suas atribuições legais, considerando impugnação enviado nos e-mails licitacao@pedrapreta.mt.gov.br e pregao@pedrapreta.mt.gov.br da empresa CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 46.962.122/0003-21, referente a Descrição do Item 64738 do Anexo VIII – Termo de Referencia. Foi constatado que o questionamento levantado pela empresa supracitada está correto, desta forma **RETIFICANDO** o Item 64738 passando para a seguinte redação:

I - ONDE SE LÊ:

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO
64738	UND	01	<p>ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA- PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS: LEUCÓCITOS, ERITRÓCITOS E PLAQUETAS- WBCS, RBCS, RBCS E PLTS SÃO ANALISADOS PELO METODO DE IMPEDANCIA COM DISCRIMINADORES AUTOMATICOS QUE SEPARAM CORRETAMENTE AS POPULAÇÕES DE CELULAS. A INTENSIDADE DO PULSO ELETRICO É PROPORCIONAL AO SEU VOLUMO. O HEMATÓCRITO (HCT) É DETERMINADO A PARTIR DA ANALISE DOS ERITRÓCITOS.</p> <p>DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA- A ANALISE DA HEMOGLOBINA DEVE SER REALIZADA POR UM METODO DE FERRAMENTA LIVRE DE CIANETO-</p> <p>VCM, HCM,CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, PLCR, PCT.</p> <p>HISTOGRAMA: WBC (3 DIFF), RBC E PLT;</p> <p>VELOCIDADE: 60 amostras/hora (máx.);</p> <p>VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS: Modo sangue total: 50 ml; Pré-diluido: 20 ml;</p> <p>MEMORIA: 40.00 resultados com histogramas;</p> <p>CONTROLE DE QUALIDADE: 60 pontos x 6 arquivos com gráficos de Levey-Jennings;</p> <p>MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE: Eigtcheck - 3wp (Baixo, normal e alto);</p> <p>IDENTIFICACAO DE AMOSTRA: Até 15 caracteres alfanuméricos;</p> <p>IMPRESSORA: Interna térmica e externa;</p> <p>INTERFACES: Ethernet (TCP/RS-232C);</p> <p>IDIOMAS: 11 idiomas, incluindo português, Espanhol, Inglês e Francês;</p> <p>Linearidade: Sangue total: WBC: 1,0 - 99,9 X 10³/ml; RBC: 0,30 - 7,00 X 10 elevado, a 6 potencial/ml; PTL: 10,0 - 999,0 X 10³ ml; HGB: 0,1 - 25,0g/dl; HCT: 10,0 - 60,0%;</p> <p>DIMENSÕES: (L x A x P/ Peso): 42 cm x 48 cm x 35,5 cm / 33 kg.</p>



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

II - LER-SE-Á:

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO
64738	UND	01	<p>ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA- PRINCIPIOS E TECNOLOGIAS: LEUCÓCITOS, ERITRÓCITOS E PLAQUETAS- WBCS, RBCS E PLTS SÃO ANALISADOS PELO METODO DE IMPEDANCIA COM DISCRIMINADORES AUTOMATICOS QUE SEPARAM CORRETAMENTE AS POPULAÇÕES DE CELULAS. A INTENSIDADE DO PULSO ELETRICO É PROPORCIONAL AO SEU VOLUME. O HEMATÓCRITO É DETERMINADO A PARTIR DA ANALISE DOS ERITRÓCITOS. DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA- A ANALISE DA HEMOGLOBINA DEVE SER REALIZADA POR UM METODO DE FERRAMENTA LIVRE DE CIANETO. PARAMETROS MINIMOS: HB, HC, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD3, NEUT#, RDW, MPV, PDW, PLCR, PCT E WBC. HISTOGRAMA - WBC (3 DIFF), RBC E PLT; VELOCIDADE: mínima 60 amostras/hora s; VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS: Máximo de 50 UL (microlitros) MEMORIA: Mínima de 39.000 resultados com histogramas; IMPRESSORA: Interna térmica; IDIOMAS E MANUAL: Português; Acompanhada de nobreak compatível com autonomia de no mínimo 15 min na falta de energia. Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.</p>

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do município (www.pedrapreta.mt.gov.br).

III – Os demais itens permanecem como no edital, permanecendo inalterada a data de abertura do certame **21 de Agosto de 2018, às 09h00min.** Local: Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa nº 940, Centro, Pedra Preta/MT. Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400/4416.

Pedra Preta, 07 de Agosto de 2018.

**PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA
Chefe do Departamento de Licitação**