



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

**SEGUNDO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2018**

A Chefe do departamento de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, no uso de suas atribuições legais, considerando impugnação enviado nos e-mails [licitacao@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:licitacao@pedrapreta.mt.gov.br) e [pregao@pedrapreta.mt.gov.br](mailto:pregao@pedrapreta.mt.gov.br) da empresa CQC TECNOLOGIA EM SISTEMA DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ: 46.962.122/0003-21, referente a Descrição do Item 64738 do Anexo VIII – Termo de Referencia. Foi constatado que o questionamento levantado pela empresa supracitada está correto, desta forma **RETIFICANDO** o Item 64738 passando para a seguinte redação:

**I - ONDE SE LÊ:**

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO
64738	UND	01	<p><b>ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA- PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS:</b> LEUCÓCITOS, ERITRÓCITOS E PLAQUETAS- WBCS, RBCS, RBCS E PLTS SÃO ANALISADOS PELO METODO DE IMPEDANCIA COM DISCRIMINADORES AUTOMATICOS QUE SEPARAM CORRETAMENTE AS POPULAÇÕES DE CELULAS. A INTENSIDADE DO PULSO ELETRICO É PROPORCIONAL AO SEU VOLUMO. O HEMATÓCRITO (HCT) É DETERMINADO A PARTIR DA ANALISE DOS ERITRÓCITOS.</p> <p><b>DETERMINAÇÃO DA HEMOGLOBINA-</b> A ANALISE DA HEMOGLOBINA DEVE SER REALIZADA POR UM METODO DE FERRAMENTA LIVRE DE CIANETO-</p> <p><b>VCM, HCM,CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD#, NEUT#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, PDW, PLCR, PCT.</b></p> <p><b>HISTOGRAMA:</b> WBC (3 DIFF), RBC E PLT;</p> <p><b>VELOCIDADE:</b> 60 amostras/hora (máx.);</p> <p><b>VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS:</b> Modo sangue total: 50 ml; Pré-diluido: 20 ml;</p> <p><b>MEMORIA:</b> 40.00 resultados com histogramas;</p> <p><b>CONTROLE DE QUALIDADE:</b> 60 pontos x 6 arquivos com gráficos de Levey-Jennings;</p> <p><b>MATERIAL DE CONTROLE DE QUALIDADE:</b> Eigtcheck - 3wp (Baixo, normal e alto);</p> <p><b>IDENTIFICACAO DE AMOSTRA:</b> Até 15 caracteres alfanuméricos;</p> <p><b>IMPRESSORA:</b> Interna térmica e externa;</p> <p><b>INTERFACES:</b> Ethernet (TCP/RS-232C);</p> <p><b>IDIOMAS:</b> 11 idiomas, incluindo português, Espanhol, Inglês e Francês;</p> <p><b>Linearidade: Sangue total:</b> WBC: 1,0 - 99,9 X 10<sup>3</sup>/ml; RBC: 0,30 - 7,00 X 10 elevado, a 6 potencial/ml; PTL: 10,0 - 999,0 X 10<sup>3</sup> ml; HGB: 0,1 - 25,0g/dl; HCT: 10,0 - 60,0%;</p> <p><b>DIMENSÕES:</b> (L x A x P/ Peso): 42 cm x 48 cm x 35,5 cm / 33 kg.</p>



**ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO**

**II - LER-SE-Á:**

ITEM	UND	QTD	DESCRIÇÃO
64738	UND	01	<p><b>ANALISADOR AUTOMATICO DE HEMATOLOGIA-</b> <b>PRINCIPIOS E TECNOLOGIAS:</b> LEUCÓCITOS, ERITRÓCITOS E PLAQUETAS- WBCS, RBCS E PLTS SÃO ANALISADOS PELO METODO DE IMPEDANCIA COM DISCRIMINADORES AUTOMATICOS QUE SEPARAM CORRETAMENTE AS POPULAÇÕES DE CELULAS. A INTENSIDADE DO PULSO ELETRICO É PROPORCIONAL AO SEU VOLUME. O HEMATÓCRITO É DETERMINADO A PARTIR DA ANALISE DOS ERITRÓCITOS. <b>DETERMINAÇÃO DA</b> <b>HEMOGLOBINA-</b> A ANALISE DA HEMOGLOBINA DEVE SER REALIZADA POR UM METODO DE FERRAMENTA LIVRE DE CIANETO. <b>PARAMETROS MINIMOS:</b> HB, HC, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT, LYM%, MXD%, NEUT%, LYM#, MXD3, NEUT#, RDW, MPV, PDW, PLCR, PCT E WBC. <b>HISTOGRAMA</b> - WBC (3 DIFF), RBC E PLT; <b>VELOCIDADE:</b> mínima 60 amostras/hora s; <b>VOLUME DE ASPIRAÇÃO DE AMOSTRAS:</b> Máximo de 50 UL (microlitros) <b>MEMORIA:</b> Mínima de 39.000 resultados com histogramas; <b>IMPRESSORA:</b> Interna térmica; <b>IDIOMAS E MANUAL:</b> Português; Acompanhada de nobreak compatível com autonomia de no mínimo 15 min na falta de energia. Catálogo Descritivo ou Manual Técnico que comprove as especificações solicitadas.</p>

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do município ([www.pedrapreta.mt.gov.br](http://www.pedrapreta.mt.gov.br)).

**III – Os demais itens permanecem como no edital, permanecendo inalterada a data de abertura do certame **21 de Agosto de 2018, às 09h00min**.** Local: Sala de Licitações da PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA-MT, situada na Av. Fernando Corrêa da Costa nº 940, Centro, Pedra Preta/MT. Maiores informações poderão ser obtidas pelos fones (066) 3486-4400/4416.

Pedra Preta, 07 de Agosto de 2018.

**PAULA CRISTIANE MORAES PEREIRA  
Chefe do Departamento de Licitação**