

Assunto **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**
De CIRÚRGICA GONÇALVES <cgltada1@hotmail.com>
Para licitacao@pedrapreta.mt.gov.br
<licitacao@pedrapreta.mt.gov.br>
Data 2018-11-29 14:31
Prioridade Mais alta



BOA TARDE

SOLICITO ESCLARECIMENTO QUANTO AO PREGÃO 41/2018,
ITEM 3 - AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (ATE 75LTS) MIN. 150 LTS, COM SISTEMAS DE COMANDO MICROPROCESSADO,
CAPACIDADE DA
CAMARA INTERNA DE NO MINIMO 100 LITRO. DEVERA FUNCIONAR POR MEIO DE VAPOR SATURADO E APRESENTAR ESTRUTURA EM
MATERIAL
ANTICORROSIVO E REVESTIMENTO EXTERNO POR CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL. COMANDO MICROPROCESSADO PROGRAMAVEL
COM O MINIMO 9 PROGRAMAS, COM DISPLAY TUCH SCREEN, MANOMETRO E MANOVACUOMETRO

PRIMEIRO: TEM 3 TAMANHOS DA CAMARA 75 LITROS, 150 LITROS E 100 LITROS. SEGUNDO: TODA A DESCRIÇÃO É DE UM EQUIPAMENTO DE
ATÉ 75 LITROS DE AUTOCLAVE PEQUENA. TERCEIRO: O VALOR ESTIMADO É DE UMA AUTOCLAVE ACIMA DE 100 LITROS.

FAVOR VERIFICAR O QUE REALMENTE NECESSITAM SE É UMA AUTOCLAVE DE MESA DE ATÉ 75 LITROS OU UMA AUTOCLAVE A PARTIR DE 100
LITROS

ATT
ARIANNE

Cirúrgica Gonçalves LTDA

CNPJ. 15.371.628/0001-70 - INSC. EST. 13.006.622-2

AV. GENERAL MELLO 1.527 - BAIRRO PICO DO AMOR - CEP. 78065-290 - CUIABÁ - MT

FONE 65 - 3634 5142

E-MAIL : cgltada1@hotmail.com